



АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број / *Accreditation No:*
01-370

Датум прве акредитације /
Date of initial accreditation: 02.07.2012.

Ознака предмета / *File Ref. No.:*
2-01-129

Важи од / *Valid from:*
25.12.2025.

Замењује Обим од / *Replaces Scope dated:*
02.07.2024.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ХИПОЛ ДОО ОЦАЦИ

Квалитет и развој

Техничка лабораторија

Оцаци, Грачачки пут бб

Стандард / *Standard:*

**SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)**

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

– физичка испитивања опреме под притиском / *physical testing of pressure equipment*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Место испитивања: у лабораторији, Озаци, Грачачки пут бб Област испитивања: физичка испитивања опреме под притиском				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
1.	Сигурносни уређаји за заштиту од прекомерног притиска - Вентили сигурности	Одређивање притиска почетка отварања/затварања	до 50 bar	SRPS EN ISO 4126-1: 2014, т. 7.2 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019
		Притисак почетка отварања (притисак подешавања)	до 50 bar	Правилник ¹⁾ Прилог VI SRPS EN ISO 4126-1: 2014, т. 7.2 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019
		Непропусност, у оквиру кога се испитује и притисак затварања	до 50 bar	Правилник ¹⁾ Прилог VI SRPS EN ISO 4126-1: 2014, т. 6.6 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019
		Хидрауличко испитивање притиском кућишта вентила сигурности	до 50 bar	Правилник ¹⁾ Прилог VI SRPS EN ISO 4126-1: 2014, т. 6.3 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019
		Пнеуматско испитивање притиском кућишта вентила сигурности	до 50 bar	Правилник ¹⁾ Прилог VI SRPS EN ISO 4126-1: 2014, т. 6.4 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A1:2017 SRPS EN ISO 4126-1:2014/A2:2019

Место испитивања: у лабораторији, Оџаци, Грачачки пут бб				
Област испитивања: физичка испитивања опреме под притиском				
Р. Б.	Предмет испитивања материјал / производ	Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања)	Опсег мерења/ лимит детекције/ лимит квантификације (где је примењиво)	Референтни документ
2.	Сигурносни вентили за растерећење притиска резервоара за течни нафтни гас	Одређивање притиска почетка отварања/затварања	до 30 bar	SRPS EN 14129:2024 т. 7.6
		Притисак почетка отварања (притисак подешавања)	до 30 bar	Правилник ¹⁾ Прилог VI SRPS EN 14129:2024 т. 7.6
		Непропусност, у оквиру кога се испитује и притисак затварања	до 30 bar	Правилник ¹⁾ Прилог VI SRPS EN 14129:2024 т. 7.8
		Хидраулично испитивање притиском кућишта вентила сигурности	до 30 bar	Правилник ¹⁾ Прилог VI SRPS EN 14129:2024 т. 7.4

Легенда:

Референтни документ	Референца / назив методе испитивања
Правилник ¹⁾	Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе "Службени гласник РС", број 114/ 2021, 63/2023 и 7/2025.

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **01-370**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 01.07.2028.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара